



Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/892/2015

Bytom, dnia 30.10.2015r.

DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/32/2015 pn. **Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część 3) dla Oddziału Neurologii – III piętro budynku nr 5, Oddziału Hematologii – IV piętro budynku nr 5, Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – IV piętro budynku nr 5, Oddziału Okulistyki – II piętro budynku nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy diagnostyczno - zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”- etap 8**, poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na lampę bakteriobójczą z obudową ze stali lakierowanej proszkowo na białą – dotyczy punktu 7 załącznika nr 2. Wykonanie 1 obudowy w kolorze szarym byłoby drogie i nieracjonalne, podnosiłoby cenę lampy, a jednocześnie nie stanowiłoby żadnej zmiany jakościowej i funkcjonalnej lampy. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Załącznik nr 4 i Załącznik 5

1) Czy Zamawiający odstąpi o wymogów deklaracja zgodności CE / deklaracja zgodności producenta / atest higieniczny PZH i dopuści wyroby z certyfikatem ISO producenta?

Opisane wyroby nie są wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Wyroby będące przedmiotem niniejszego postępowania nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107 z 2010r. poz. 679) zatem brak jest merytorycznych i prawnych przesłanek pozwalających uznać wyrób za medyczny i wystawić ważną z prawnego punktu widzenia deklarację zgodności. Dokument taki byłby nieuprawniony a zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że celem jego wystawienia byłoby jedynie zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT – a to z kolei jest czynem noszącym znamiona przestępstwa skarbowego.

Dla wymienionych produktów nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania, w szczególności oznakowanie CE. Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami UE nałożonymi na producenta i oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw nowego podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności. Wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeśli nie jest objęty dyrektywą wymagającą umieszczenia takiego oznakowania.

Wyroby (objęte dyrektywami nowego podejścia oraz dyrektywami opartymi na zasadach nowego i globalnego podejścia) dla których wymagane jest oznakowanie znakiem CE to:

- urządzenia elektryczne zasilane niskim napięciem
- proste zbiorniki ciśnieniowe
- zabawki
- materiały budowlane
- kompatybilność elektromagnetyczna
- maszyny
- środki ochrony indywidualnej
- wagi nieautomatyczne

- aktywne wszczepiane urządzenia medyczne
- urządzenia spalające paliwo gazowe
- nowe kotły grzejne opalane paliwem płynnym i gazowym
- materiały wybuchowe do użytku cywilnego
- urządzenia medyczne
- sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu
- rekreacyjne jednostki pływające
- windy
- urządzenia ciśnieniowe
- urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
- radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe
- koleje linowe do transportu osób
- przyrządy pomiarowe
- sprawność energetyczna lodówek i zamrażarek oraz ich kombinacji
- przewoźne urządzenia ciśnieniowe
- emisja hałasu do otoczenia przez urządzenia pracujące na zewnątrz
- stabilizatory oświetlenia jarzeniowego.

Jak wynika z powyższego, opisane wyroby nie są objęte dyrektywami UE, w związku z czym nie mogą być oznakowane symbolem CE. **Oznakowanie CE nie jest też znakiem poświadczającym bezpieczeństwo wyrobu ani jego jakość.**

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Załącznik nr 4

1) Regał mobilny, medyczny, listwowy

Czy Zamawiający dopuści regał o wymiarach: 610 x 670 x 1623 mm?

Odpowiedź 3


Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

1) Regał mobilny, medyczny, listwowy

Zamawiający dopuści regał z 8 parami haczyków po obydwu stronach wózka?

8 par haczyków na jednej stronie przy tej wysokości wózka daje rozstaw haczyków co ok. 150 mm, czyli za mały rozstaw, bo np. wys. kosza wynosi 135 mm i 265 mm. Rozstaw haczyków powinien być większy niż wysokość kosza.



Na zdjęciu regał mobilny z 6cioma parami haków, w ofercie również z 8

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Załącznik nr 4

7) Podest medyczny, operacyjny

Czy Zamawiający dopuści podest bez nakładanych pasków a z ryflowaną płytą, która na całej powierzchni jest antypoślizgowa? Rozwiązanie lepsze od opisanego.

Odpowiedź 5

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

7) Podest medyczny, operacyjny

Załącznik nr 4

Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach: 600 x 350 x 300 mm?

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Załącznik nr 5:

1) Kosz sterylizacyjny, medyczny do regałów listwowych

Czy Zamawiający dopuści kosz z prętu $\varnothing 3$ mm i $\varnothing 6$ mm? Parametr lepszy od opisywanego.

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Załącznik nr 5:

2) Półka medyczna

Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach: 600 x 360 x 260 mm?

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Załącznik nr 5:


3) Wieszak do obuwia, medyczny

Czy Zamawiający dopuści wieszak wg opisu i zdjęcia

Wieszak na obuwie
maksymalnie na 6 par obuwia
STAL NIERDZEWNA, materiał 1.4301
elektropolerowana, pętle prętów zamknięte
wymary: 600 x 260 x 180 mm (szer. / gł. / wys.)
grubość prętów: pętle: 6mm, tylna rama: 8 mm ?

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 10

Załącznik nr 5:

4) Wózek medyczny na odpady

Czy Zamawiający dopuści stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej, z obręczami do mocowania worków z kołnierzem gumowym zawijającym na zakładkę (rozwiązanie solidniejsze od klipsów), z pokrywami i łyżką pedału wykonanymi z wytrzymałego tworzywa ABS?

Gumowy kołnierz gwarantuje stabilne zamocowanie worka i jest całkowicie przykryty workiem. Jest to więc rozwiązanie higieniczne. Pokrywa z tworzywa opadająca na kołnierz gumowy jest cicha, bez hałaśliwych elementów metalowych jak w przypadku pokrywy ze stali. Dodatkowo pokrywa dostępna jest w 8 kolorach do

wyboru, dzięki czemu łatwo można sortować odpady posługując się kodem kolorów. Taki stelaż umożliwia stosowanie 2 worków o pojemności od 60 do 120 l przy założeniu, że obwód worka jest większy od 1150 mm. Zastosowanie stelaża, do którego pasują worki o różnej pojemności jest rozwiązaniem praktyczniejszym, bowiem stelaż nie musi być przypisany do jednego miejsca zbiórki odpadów i dodatkowo łatwo go dopasować do zmieniających się potrzeb, np. w sytuacji zwiększenia ilości powstających odpadów.

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Załącznik nr 5:

4) Wózek medyczny na odpady

Czy Zamawiający dopuszcza kółka o średnicy 75 mm? W opisie najwyraźniej wkradł się błąd, 20mm kółko jest zbyt małe.

Odpowiedź 11

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 12

Załącznik nr 5:

4) Wózek medyczny na odpady

Czy Zamawiający dopuszcza stelaż o wymiarach: 660 x 485 x 950 mm?

Odpowiedź 12

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Załącznik nr 5:

4) Wózek medyczny na odpady

Czy Zamawiający dopuści stelaż bez dodatkowej blokady kółek, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.



Odpowiedź 13

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Załącznik nr 5:

5) Regał listwowy, naścienny, medyczny

Czy Zamawiający dopuści regał z profili 25 x 25 mm?

Odpowiedź 14

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15**Załącznik nr 5:****5) Regał listwowy, naścienny, medyczny**

Czy Zamawiający dopuści regał z mniejszą ilością haczyków, np. po 7 haczyków na jednej listwie? W opisie jest 10 haczyków co 180 mm, odstępy będą zbyt małe nawet do zawieszenia małego kosza o wys. 130mm.

Odpowiedź 15

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16**Załącznik nr 5:****5) Regał listwowy, naścienny, medyczny**

Czy Zamawiający dopuści regał o wysokości 1600 mm?

Odpowiedź 16

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17**Załącznik nr 5:****5) Regał listwowy, naścienny, medyczny**

Czy Zamawiający dopuści regał o wysokości 1750 mm?

Odpowiedź 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18***Dot. zapisów umowy - § 7***

Prosimy o zmianę zapisów umowy z:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

5% wartości brutto o której mowa § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień w przypadku zwłoki w dostawie (niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy),

Na:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień w przypadku zwłoki w dostawie (niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy)

Odpowiedź 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19***Dot. zapisów umowy - § 7***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 1 % wartości brutto niedostarczonej części umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20***Dot. wymogów SIWZ do pakietu nr 4 i 5***

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble z pakietu nr 4 i 5 posiadające deklarację zgodności producenta oraz atesty higieniczne PZH?

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych za wyrób medyczny uznawane jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

- a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
- b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

- c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
- d) regulacji poczęć

Zaoferowane meble nie są wyrobem medycznym, a tym samym nie mogą posiadać wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i certyfikatów, natomiast posiadają deklaracje zgodności producenta oraz atest PZH, z którego jasno wynika, że są dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

Odpowiedź 20

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Dot. pakiet nr 4 poz 2 – stół na aparaturę medyczną

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu na aparaturę medyczną wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź 21

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Dot. pakiet nr 4 poz 3 – stół na aparaturę medyczną

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu na aparaturę medyczną wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź 22

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Dot. pakiet nr 4 poz 4 – stół na aparaturę medyczną

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu na aparaturę medyczną wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź 23

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Dot. pakiet nr 4 poz 5 - Stół medyczny wielofunkcyjny – 2 półki koszone

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stołu medyczny wielofunkcyjny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź 24

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Dot. pakiet 5 poz 4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 5, poz. 4, Wózek medyczny na odpady- wózek o konstrukcji z profili okrągłych o przekroju 25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301?

Odpowiedź 25

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dot. pakiet 5 poz 4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 5, poz. 4, Wózek medyczny na odpady- wózek na kółkach o średnicy 50mm (dwa z blokadą)?

Odpowiedź 26

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Pytanie dotyczące zadania 1: Aparata Ekg 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z I-szą klasą ochronności zasilania sieciowego?

Odpowiedź 27

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28

Pytanie dotyczące zadania 1: Aparata Ekg 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z opcją przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany wzmocnienia i prędkości?

Odpowiedź 28

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 29

Pytanie dotyczące zadania 1: Aparata Ekg 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG w którym aby wydrukować badanie lub dokumentację medyczną w formacie A4, należy przesłać je na komputer poprzez pamięć USB, kartę SD lub poprzez sieć i wydrukować na drukarce podłączonej do komputera?

Odpowiedź 29

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bromku
dr n. med. Andrzej Tomczyk

Do wiadomości:

- Wykonawcy,
- strona internetowa Zamawiającego,
- a/a

Sporządziła:

Małgorzata Leśniak