



SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (32) 39 63 200

Fax.: (32) 39 63 251

NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl



Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/1106/2017

Bytom, dnia 18.12.2017 r.

DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/34/2017 pn. „Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek oraz dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu”, poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 8 :

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek?, pozostałe parametry bez zmian. Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować ?

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ- rozdział II pkt. II ppkt. 2.2.:

„Dopuszcza się składanie ofert na produkty w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje wtedy przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego /dopuszcza się zaokrąglenie w górę/.”

Zamawiający dopuszcza błękit trypanu pakowany po 10 fiolek w ilości 18 op.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 7:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy w § 2 dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek (Pakiet nr 2):

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

dotyczy Wzoru Umowy § 4 ust.2:

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody aby Wykonawca używał na fakturze nazw handlowych asortymentu zgodnie z oferowanymi w formularzach cenowych załączonych do oferty?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych modyfikacji w w/w zakresie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w § 10 Wzoru Umowy:

„W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 zapłaci on karę umowną na rzecz drugiej strony w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej umowy (...)?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od zapisu § 11 ust. 5.

Odpowiedź 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycji nr 3 miał na myśli: masę cząsteczkową: $3.2 - 3.5 \times 10^6 \text{ Da}$; lepkość ($0,1 \text{ s}^{-1}$) $120\,000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$?

Odpowiedź 10

Tak, Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych modyfikacji w w/w zakresie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści barwnik do uwidocznienia torebki przedniej soczewki w fiolach o pojemności 1 ml pakowanych po 10 szt. w opakowaniu (1op=10szt.). Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ- rozdział II pkt. II ppkt. 2.2.:

„Dopuszcza się składanie ofert na produkty w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje wtedy przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego /dopuszcza się zaokrąglenie w górę/.”

Zamawiający dopuszcza błękit trypanu pakowany po 10 fiolek w ilości 18 op.

Pytanie 12

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 11 pozycji nr 2 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 pozycji nr 3 dopuści dotorebkowy pierścień napinający, fabrycznie umieszczony w injectorze wyłącznie o średnicy 11,00mm?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 11 pozycji nr 3 do oddzielnego Pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 2 pozycję 2 do odrębnego zadania?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5mm i angulacji 0 stopni?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie 17

Czy w Pakiecie nr 3 dla pozycji 1 zamawiający zgodzi się na utworzenie depozytu soczewek w zakresie mocy od + 19,0 D do + 25,0 po 2 szt.?

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych modyfikacji w w/w zakresie.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści aparat z najnowszą, innowacyjną, tłokową pompą VTi, która posiada cechy pompy perystaltycznej oraz dodatkowo cechy Venturi?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści aparat mający możliwość podniesienia przepływu aspiracyjnego do 90 ml/min.? Przy czym podniesienie przepływu aspiracyjnego nie musi być tylko chwilowe, a stałe.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści kasetę z membraną kompatybilną z najnowszą, innowacyjną, tłokową pompą VTi, która posiada cechy pompy perystaltycznej oraz dodatkowo cechy pompy Venturi?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści 4 kompatybilne głowice do fakoemulsyfikacji bez możliwości oscylacji tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy?

Odpowiedź 21



Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści szereg różnych końcówek do fakoemulsyfikacji jednak bez rozwiązania typu by-pass?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w punkcie 25 dopuści aparat bez możliwości pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu? Parametry wykonywanego zabiegu zawsze widoczne podczas pracy aparatu i zapisywane do pliku.

Odpowiedź 23

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

1 dot. opisu przedmiotu w Pakiecie nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści soczewkę tylnokomorową o średnicy części optycznej 7,0 mm, długości całkowitej 12,5 mm, częściami haptycznymi typu Slant zaopatrzonymi w oczka na obu częściach haptycznych, umożliwiające twardówkowe podszycie soczewki z zachowaniem pozostałych warunków?

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

dot. opisu przedmiotu w Pakiecie nr 4, poz. 1 oraz 2:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wielkości zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 ze względu na to, że w tabelce podano ilość – 5 szt. dla każdej pozycji, natomiast przy opisie pod tabelką podano ilość – 10 sztuk dla każdej z pozycji.

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych modyfikacji w w/w zakresie.

Pytanie 26

dot. opisu przedmiotu w Pakiecie nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga 2 opakowania Miostat x 12 fiolek?

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych modyfikacji w w/w zakresie.

Pytanie 27

dot. zapisów § 4 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Odpowiedź 27

Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 28

dot. zapisów § 2 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu utworzenia depozytu do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź 28

Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 29

dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Jeden raz w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia (pakiet nr 1, nr 2, nr 3).”

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawca przeprowadzenie inwentaryzacji jeden raz w roku jest wystarczające, częstsze wykonywanie tej czynności jest zbyt uciążliwe i niepotrzebne.

Odpowiedź 29

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

dot. zapisów wzoru umowy:

Zwraca się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 13 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Po upływie obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za materiały i soczewki, których data przydatności będzie krótsza niż 6 miesięcy (przy zastrzeżeniu, że Wykonawca powierzy Zamawiającemu w ramach depozytu wyłącznie soczewki o terminie ważności minimum 12 miesięcy).”

Uzasadnienie: Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 6 miesięcy są dla Wykonawcy praktycznie bezwartościowe, gdyż nie będzie mógł ich sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie korzystał z nich w sposób określony w § 2 ust. 8 (począwszy od tego o najkrótszym terminie przydatności), ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

Odpowiedź 30

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Podane w załącznikach ilości są szacunkowe. Zamawiający zobowiązuje się jednak do zakupu asortymentu o wartości minimum 80% ceny wskazanej w § 1 ust. 1, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o zrealizowanie umowy w takim zakresie”

Uzasadnienie: Zamawiający powinien wskazać pewien poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. W ocenie Wykonawcy poziom 80% umożliwia mu w sposób rzetelny, obiektywny, a także jak najbardziej korzystny dla Zamawiającego skalkulować ryzyko oraz ofertę. Ponadto, zagwarantowanie pewnego poziomu wykonania umowy, z wyłączeniem roszczeń w przypadku jego niezrealizowania, sprawia iż ustalona granica wykonania umowy nie jest obwarowana żadną sankcją. Zasadne jest zatem zastrzeżenie, że jeżeli Zamawiający zrealizuje umowę na poziomie niższym niż 80%, Wykonawcy będą przysługiwać roszczenia z tego tytułu.

Odpowiedź 31

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 5 projektu umowy ustępu nr 2.

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma żadnego wpływu na sytuację Zamawiającego oraz jego stosunki i możliwości negocjacyjne z NFZ. Umowa zawarta na czas oznaczony powinna zostać zrealizowana we wskazanym okresie, a jej wcześniejsze rozwiązanie powinno być dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych prawem lub w przypadku rażących naruszeń umowy przez którąś ze stron.

Odpowiedź 32

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;
- braków jakościowych w ciągu 14 dni licząc od dnia doręczenia mu reklamowanej partii towarów."

Uzasadnienie:

- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Termin uzupełnienia braków ilościowych powinien więc być liczony w dniach roboczych;
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru. Zasadnym jest, aby wskazany przez Zamawiającego 14 dniowy termin był liczony od momentu dostarczenia Wykonawcy reklamowanych towarów;

Odpowiedź 33

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5 zapłaci on karę umowną na rzecz drugiej strony w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej umowy a w przypadku nieterminowej dostawy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówionego lecz niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% tej wartości. W przypadku jeżeli szkoda przekroczy wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych.”

Uzasadnienie: Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 5%. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

Odpowiedź 34

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Dot. Pakiet nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy ringi dotorebkowe :

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm / 12 mm
- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dot. Pakiet nr 14, poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie wymaganej do dostawy ilości sztuk soczewek nagalkowych (w warunkach podano jednostkę miary opakowanie).

Odpowiedź 36

Zamawiający informuje, że dokonał stosownych modyfikacji w w/w zakresie.

Do wiadomości:

- Wykonawcy,
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a

Sporządziła: Beata Jonak

SZPITAL SPECJALIZACJA
P.O. ZAST
dr. med. Beata Jonak