



SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1  
ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom  
Tel.: (32) 39 63 200 Fax.: (32) 39 63 251  
NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907  
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619  
e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl



Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/20/2021

Bytom, dnia 08.01.2021 r.

**DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW S.I.W.Z.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/24/2020 pn. „Zakup i dostawa nici chirurgicznych, materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści pleciony, syntetyczny, wchłaniający szew wykonany z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 8-11 dniach 50%, okres wchłaniania bez zmian?

**Odpowiedź 1**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy, syntetyczny wchłaniający szew wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i po 28 dniach 5%, okres wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź 2**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści plecione szwy wchłaniające bez powleczenia antybakteryjnego, okres wchłaniania 60-70 dni?

**Odpowiedź 3**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 6, poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm?

**Odpowiedź 5**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 6, poz. 4, 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30 mm?

**Odpowiedź 6**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 6, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 31 mm?

**Odpowiedz 7**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8**

**Pakiet nr 6, poz. 21**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu?

**Odpowiedz 8**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 7, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedz 9**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 8, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm?

**Odpowiedz 10**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 8, poz. 10, 13, 15**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 3x75 cm?

**Odpowiedz 11**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz 12**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13**

**Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**Odpowiedz 13**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i po 28 dniach 5%, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz 14**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15**

**Pakiet nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 65 mm?

**Odpowiedz 15**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16**

**Pakiet nr 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36 mm?

**Odpowiedz 16**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17**

**Pakiet 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,4mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedz 17**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18**

**Pakiet 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm?

**Odpowiedz 18**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19**

**Pakiet 9, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

**Odpowiedz 19**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20**

**Pakiet 9, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

**Odpowiedz 20**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21**

**Pakiet 9, pozycja 5, 16, 18** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedz 21**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22**

**Pakiet 9, pozycja 11, 13** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

**Odpowiedz 22**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**

**Pakiet 9, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „3/0”?

**Odpowiedz 23**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**

**Pakiet 9, pozycja 17** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedz 24**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25**

**Pakiet 9, pozycja 17** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 2 x 8mm 3/8 koła okrągła z nitką o długości 60cm?

**Odpowiedz 25**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26**

**Pakiet 15, pozycja 29**

Czy Zamawiający ma na myśli watę bawełniano wiskozową w opakowaniu 500g?

**Odpowiedz 26**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 27**

**Pakiet 15, pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy siatkowy o długości 10 m w stanie spoczynku i 25 m w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedz 27**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28**

**Pakiety 15, pozycja 37-40**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru podanym tylko literowo?

**Odpowiedz 28**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

**Pakiet 15, pozycja 37-40**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy > 20 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedz 29**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

**Pakiet 15, pozycja 37-44**

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019?

**Odpowiedz 30**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 31**

**Pakiet 15, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o klasie I s reguła 5?

**Odpowiedz 31**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32**

**Pakiet 15, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o dł. całkowitej 6,8cm, dł. patyczka 5,3cm, dł. strzałki 1,5cm o grubości strzałki 1mm zwiększającej się do 9mm?

**Odpowiedz 32**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33**

**Pakiet 15, pozycja 48, 49**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o klasie II b?

**Odpowiedz 33**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 34**

**Pakiet 15, pozycja 50, 51**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o klasie III?

**Odpowiedz 34**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35**

**Pakiet 15, pozycje 48-51**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego pozwoli na pozyskanie atrakcyjniejszej cenowo oferty.

**Odpowiedz 35**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 36**

**Pakiet 17, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedz 36**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 37****Pakiet 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw z pęsetą anatomiczną zieloną o długości 14 cm (zamiast 12,5 cm), oraz z serwetą nieprzylepną 40 x 45 cm (zamiast 38 x 45 cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedz 37**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 38****Pakiet 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z serwetą włókninową 2 warstwową nieprzylepną w rozmiarze 50 x 70 cm (zamiast 45 x 75 cm)?

**Odpowiedz 38**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 39****Pakiet 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z pęsetą o długości 13 cm (zamiast 12,5 cm)?

**Odpowiedz 39**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 40****Pakiet 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z igłotrzymaczem o dł. 15 cm, zamiast 12,5 cm?

**Odpowiedz 40**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41****Pakiet 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego z dodatkowym pojemnikiem 120 ml w zestawie?

**Odpowiedz 41**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 42****Pakiet 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wkłucia centralnego w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu miską nerkową?

**Odpowiedz 42**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43****Pakiet 17, pozycja 4, 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedz 43**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 44****Pakiet 17, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zamykania ran o składzie:

- 4 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzną torbę foliową.

**Odpowiedz 44**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 45****Pakiet 17, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy o składzie:

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzną torbę foliową.

#### Odpowiedz 45

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 46

##### **Pakiet 17, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>

zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzną torbę foliową.

#### Odpowiedz 46

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 47


##### **Pakiet 17, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów.

Zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzną torbę foliową.



#### Odpowiedz 47


Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 48

##### **Pakiet 17, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do małej chirurgii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.



Zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzną torbę foliową.

#### Odpowiedz 48

Zgodnie z SIWZ.


#### Pytanie 49

##### **Pakiet 17, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania żylaków o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Zestawy pakowane do transportu w zewnętrzny karton oraz wewnętrzną torbę foliową.



#### Odpowiedz 49

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 50

##### **Pakiet 17, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120 cm?

#### Odpowiedz 50

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 51

##### **Pakiet 17, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw akcesoriów o składzie:

1x okrągły pojemnik plastikowy niebieski nieprzeźroczysty 10 x 7,5 x 5 cm, o pojemności 250 ml

1 x pojemnik okrągły niebieskie nieprzeźroczysty 12,5 x 10 x 6 cm, o pojemności 500 ml

serweta dwuwarstwowa o wym. 75 cm x 75 cm jako owinięcie zestawu.

#### Odpowiedz 51

Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 52

pakiet 16

poz. 1-5 czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe?

#### Odpowiedz 52

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 53

pakiet 16

Poz. 2-5 czy zamawiający dopuści kompresy z gazy nieprzewiązywane?

#### Odpowiedz 53

Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 54

pakiet 16

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 6 z pakietu 16?

**Odpowiedz 54**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 55**

pakiet 16

Czy zamawiający dopuści w poz. 6 gazę sklasyfikowaną w klasie I?

**Odpowiedz 55**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 56**

pakiet 16

poz. 7-8 czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odpowiedz 56**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 57**

pakiet 16

Czy zamawiający wydzieli poz. 14 i 15 do osobnego pakietu?

**Odpowiedz 57**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 58**

pakiet 16

Poz. 14-15 czy zamawiający dopuści serwety pojedynczo pakowane?

**Odpowiedz 58**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 59**

pakiet 16

Czy zamawiający wydzieli poz. 17,18 do osobnego pakietu?

**Odpowiedz 59**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 60**

pakiet 16

Poz. 14-15 czy zamawiający dopuści serwety bez procesu prania ?

**Odpowiedz 60**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 61**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż



zamawiający wydłużyć odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

**Odpowiedz 61**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 62**

**dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Dot. Pakietu nr 16, poz. 14-16** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych nie poddawanych procesowi wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

W przypadku utrzymania wymogu „wstępnego prania” prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemiczne, środków piorących jakich należy użyć i norm jakie powinny one spełniać. Prosimy także o określenie warunków prania – temperatury wody, czasu, użytych środków itp.

Prośba o uszczegółowienie żądania, aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzenia takiego procesu, a asortyment przez nas oferowany jest wytwarzany w warunkach najwyższej jakości, z zachowaniem stałego monitoringu środowiska produkcyjnego oraz zapewnienia wysokiego poziomu higieny zapewniającą czystość mikrobiologiczną serwet operacyjnych.

Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałyby i precyzowały wymogi dla „prania wstępnego”. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy, tufery czy też sama gaza konfekcjonowana. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne.

**Odpowiedz 62**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 63**

**Dot. Pakietu nr 16, poz. 16** Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy 17 n?

**Odpowiedz 63**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 64**

**Dot. Pakietu nr 16, poz. 20** Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie fasolki w rozmiarze 9,5x9,5 cm z gazy 17 n?

**Odpowiedz 64**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 65**

**Dot. Pakietu nr 16, poz. 21** Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli w rozmiarze 20x20 cm z gazy 17 n?

**Odpowiedz 65**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 66**

**Dot. Pakietu nr 16, poz. 21** Czy Zamawiający dopuści tufery w kształcie kuli w rozmiarze 30x30 cm z gazy 17 n?

**Odpowiedz 66**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 67**

**PAKIET NR 16**

**Poz. nr 6, 7, 8** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych/gazy niejadalnych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy poprzez dodanie poniższego zapisu:

*"Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."*

**Odpowiedz 67**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 68**

**PAKET NR 17**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej igły kulkowej Luer Lock, w rozmiarze 1,25x81mm, wyrób medyczny, klasa II a?

**Odpowiedz 68**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 69**

**PAKET NR 17**

**Poz. nr 8** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta główna do laparoskopii posiada 4 zintegrowane kieszenie, po dwie z każdej strony otworu oraz w strefie krytycznej posiada dodatkowy pad chłonny o całkowitej gramaturze 110g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz 69**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 70**

**PAKET NR 17**

**Poz. nr 9** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, zawierającego dwa ręczniki celulozowe (zamiast jednego) oraz dodatkowo jedną taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz 70**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 71**

**PAKET NR 17**

**Poz. nr 12** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 13x250cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz 71**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 72**

**PAKET NR 17**

**Poz. nr 13** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu akcesoriów o następującym składzie:

1 x pojemnik na igły i skalpele 25 miejsc

1 x włókninowy opatrunek pooperacyjny 20 x 8 cm

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm

**Odpowiedz 72**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 73**

**PAKET NR 18**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego posiadającego w swoim składzie 4 ręczniki celulozowe (zamiast jednego), w którym serwety samoprzylepne o wymiarach 75cm x 90cm mają dodatkowym pad chłonny w rozmiarze 36 cm x 90 cm?

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 82**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 1-3 dopuści nitkę o długości 53cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz 82**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 83**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 pozycja 4-5 dopuści igłę o długości 25,9mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz 83**

Zgodnie z SIWZ.

D Y R E K T O R  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1  
w Bydgoszczy  
*mgr Władysław Perchaluk*

Do wiadomości:

- Wykonawcy,
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a

Sporządziła: Beata Jonak

**Odpowiedz 73**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 74**

**PAKET NR 18**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta główna posiada w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny (całkowita gramatura w strefie wzmocnionej 110g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedz 74**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 75**

**PAKET NR 18**

**Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii odbytnicy posiadającego w swoim składzie dodatkowo 2 uchwyty Velcro w rozmiarze 2 x 23 cm?

**Odpowiedz 75**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 76**

**PAKET NR 18**

**Poz. nr 5-7** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego, posiadającego dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w głównej części ramion o gram. min. 36g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz 76**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 77**

**PAKET NR 18**

**Poz. nr 11** – prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o sprecyzowanie wymagań.

**Odpowiedz 77**

Zamawiający informuje, że dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej.

**Pytanie 78**

**PAKET NR 20**

**Poz. nr 1-3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów pakowanych pojedynczo w najmniejsze opakowania handlowe a'3zestawy, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny odpowiednio:

-poz. 1 – 1 x op. a'3zestawy

-poz. 2 – 1 x op. a'3zestawy

-poz. 3 – 1 x op. a'3zestawy

**Odpowiedz 78**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 79**

**PAKET NR 20**

**Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników pakowanych pojedynczo w najmniejsze opakowania handlowe a'3sztuki?

**Odpowiedz 79**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 80**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 1 dopuści również igłę ½ koła okrągło-tnącą, długość nitki 75cm, rozmiar nitki 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz 80**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 81**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 2 dopuści również igłę 2x½ koła okrągłą, o długości 70mm, długość nitki 75cm, rozmiar nitki 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz 81**